Technisches Datenblatt

CLASSIC

Einweg-Untersuchungshandschuhe aus Latex

- Gepudert
- Weiß
- Unsteril

SICHERHEIT DURCH QUALITÄT

Material

Hochwertiges Naturlatex

Prüfparameter

Prüfkriterien	Prüfstufe	AQL
Maße	S-2	4,0
Physikalische Eigenschaften	S-2	4,0
1000-ml-Wasserdichtheitstest	G-1	1,5
Sichtprüfung auf größere Fehler	G-1	2,5
Sichtprüfung auf kleinere Fehler	G-1	4,0

Maße

Art.-Nr. Größe	1101 XS = 5–6	1102 S = 6–7	1103 M = 7–8	1104 L = 8–9	1105 XL = 9–10
Breite	75 ± 5 mm	80 ± 10 mm	95 ± 10 mm	110 ± 10 mm	≥ 110 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

Materialstärke

Meßpunkte	Eine Lage (mm)
Manschette (im Abstand von 25mm zum umbördelten Rand)	0.11 ± 0.03
Handfläche (in der Mitte der Handfläche)	0.13 ± 0.03
Fingerspitze (im Abstand von 15mm zur Spitze des Mittelfingers)	0.14 ± 0.03

Physikalische Eigenschaften

Parameter	Vor der Alterung	Nach der Alterung
Zugfestigkeit (MPa)	18.0	14.0
Reißdehnung (%)	650	500
Elastizitätsmodul (N)	6.0	6.0

Puder Absorbierbare Maisstärke nach USP

Manschette Umbördelt

Design Beidhändig

Oberfläche Glatt

Farbe Weiß

Qualitätssicherung Erfüllen die Anforderungen von ASTM D 3577-91, EN 455 Teil 1–2 + 4
Hergestellt nach ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, gemäß GMP

Verpackung 100 Stück pro Spender, 10 Spender pro Karton

Hinweis Die vorstehenden Angaben gelten für die Standardausführung.
Änderungen vorbehalten.

UNIGLOVES® Arzt- und Klinikbedarf Handelsgesellschaft mbH | Camp-Sich-Straße 71 | 53842 Troisdorf-Sich, Germany
Tel. +49(0)2241-9323-0 | Fax +49(0)2241-9323-298 | www.unigloves.de | unigloves@unigloves.de

Rev. 07-2018